

安康市生态环境局

安环函〔2022〕205号

安康市生态环境局 关于对旬阳高新联合医院核技术利用建设项目环境 影响报告表的批复

旬阳高新联合医院：

你单位《关于审核〈旬阳高新联合医院核技术利用建设项目环境影响报告表〉的请示》（旬高联医发〔2022〕4号）和相关资料收悉。经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

该项目建设单位为旬阳高新联合医院，位于安康市旬阳市城关镇刘湾社区一组（康花园东侧）。项目拟将旬阳高新联合医院门诊大楼15楼东侧的一间手术室扩建为DSA机房及配套功能用房，并拟新增一台数字减影血管造影装置（简称DSA）。改造完成后DSA手术室建筑面积 30.5m^2 （长 5.91m ×宽 5.16m ×高 3.65m ），DSA手术室内设置1台Alphenix INFX-9000V型医用血管造影X射线机（DSA），最大管电压 125kV ，最大管电流 1000mA ，属于II类射线装置。原手术室四面墙体搭建钢架安装防护钡板，在顶棚搭装钢架安装防护钡板和铅板，地面涂抹硫酸钡砂浆防护，东墙安装手动单开门和观察窗框并加装铅玻璃，南墙推拉门

更换为内置式电动推拉门，并安装送、排风系统。该项目工程总投资 600 万元，环保投资 24 万元，环保投资占比 4%。

经审查，在全面落实环境影响报告表提出的辐射安全防护措施后，对项目作业人员和公众产生的辐射影响符合辐射剂量约束限值要求。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设和运行中应重点做好以下工作

（一）项目建设期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。

（二）定期对 DSA 工作场所辐射安全与防护措施进行检查和维护，确保其安全可靠。

（三）健全辐射安全与防护监测制度并确保实施。按相关要求编制辐射安全与防护年度评估报告，并报辐射安全许可证发证部门和当地生态环境部门。

（四）结合本单位实际情况，制订辐射事故应急预案并进行演练。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等法律法规规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后方可正式投入生产。

（二）建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环

境保护措施、公开环境信息的主体,应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求,依法依规公开建设项目环评信息,畅通公众参与和社会监督渠道,保障可能受建设项目环境影响公众的环境权益。

(三)按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法(试行)》的要求,安康市生态环境局旬阳分局负责该项目的事中事后监督管理,市生态环境保护综合执法支队对项目事中事后监督管理工作进行监督和指导。

(四)你单位应在接到本批复后20个工作日内,将批准后的《环境影响报告表》送安康市生态环境局旬阳分局备案,并按规定接受各级生态环境行政主管部门监督检查。



抄送:安康市生态环境保护综合执法支队、安康市生态环境局旬阳分局。

... (faint, illegible text) ...



... (faint, illegible text at the bottom of the page) ...