

# 安康市生态环境局

安环函〔2023〕221号

## 安康市生态环境局 关于对紫阳县中医医院 DSA 核技术利用项目 环境影响报告表的批复

紫阳县中医医院：

你单位《关于申请办理<紫阳县中医医院 DSA 核技术利用项目环境影响报告表>审批的请示》（紫中医字〔2023〕49号）和相关资料收悉。经研究，现批复如下：

### 一、项目基本情况

该项目建设单位为紫阳县中医医院，该院拟在安康市紫阳县新桃村四组 181 号院区综合楼七楼改建 1 间 DSA 手术室，手术室配备 1 台数字减影血管造影设备（DSA），用于介入诊断及辅助治疗。建设项目主要内容：1. 新建一台 DSA 数字减影血管造影机；2. DSA 机房四周墙体为镀锌方管钢架+3mmPb 铅板，屋顶为 100mm 混凝土+镀锌方管钢架+2mmPb 铅板，地板为 100mm 混凝土+3mmPb 超细硫酸钡涂料+3mm 自流平水泥；3. 观察窗为 3.00mmPb 当量铅玻璃观察窗防护窗，患者进出门为 3mmPb 当量电动推拉门，工作人员门和污物门为 3mmPb 当量手动单开门。工程总投资 1071.1

万元，环保投资 57.2 万元，环保投资占比 5.34%。

经审查，该项目在全面落实环境影响报告表提出的辐射安全防护措施后，对项目作业人员和公众产生的辐射影响符合辐射剂量约束限值要求，项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据，同意项目建设。

## 二、项目建设和运行中应重点做好以下工作

(一) 项目建设期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 标准。

(二) 定期对 DSA 工作场所辐射安全与防护措施进行检查和维护，确保其安全可靠。

(三) 健全辐射安全与防护监测制度并确保实施。按相关要求编制辐射安全与防护年度评估报告，并报辐射安全许可证发证部门和当地生态环境部门。

(四) 结合本单位实际情况，制订辐射事故应急预案并进行演练。

## 三、有关事项要求

(一) 项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按照《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等法律法规规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后方可正式投入生产。

(二)建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境保护措施、公开环境信息的主体,应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求,依法依规公开建设项目环评信息,畅通公众参与和社会监督渠道,保障可能受建设项目环境影响公众的环境权益。

(三)按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法(试行)》的要求,安康市生态环境局紫阳分局负责该项目的事中事后监督管理,市生态环境保护综合执法支队对项目事中事后监督管理工作进行监督和指导。

(四)你单位应在接到本批复后20个工作日内,将批准后的《环境影响报告表》送安康市生态环境局紫阳分局备案,并按规定接受各级生态环境行政主管部门监督检查。



抄送:安康市生态环境保护综合执法支队、安康市生态环境局紫阳分局。

印对票单由众公司

五) 照片(三) 汽车队看管处

(六) 《行車安全管理制度》摘要  
在路會車，車主必須嚴守交通規則，並聽從執勤人員指揮，不得有違者。

四) 照片(四) 單車駕駛員

《行車安全管理制度》摘要  
在路會車，車主必須嚴守交通規則，並聽從執勤人員指揮，不得有違者。



本公司對票單由眾公司印制，本公司對票單由眾公司印制，本公司對票單由眾公司印制。